



POLTEKES KEMENKES BANTEN

KODE : PR – LAB - 86

STANDAR OPERATIONAL PROSEDURE (SOP)
KALIBRASI ALAT LABORATORIUM

Versi : 1

AREA POLTEKES KEMENKES BANTEN

TANGGAL BERLAKU : 3 Januari 2014

1. TUJUAN

Menjamin terselenggaranya kegiatan praktek laboratorium dengan tertib guna kelancaran kegiatan belajar mengajar

2. RUANG LINGKUP

Pemeliharaan alat laboratorium

3. ACUAN

3.1 Pedoman kebijakan mutu

3.2 Pedoman pengelolaan laboratorium

4. DEFINISI

Kalibrasi adalah suatu upaya untuk melakukan pengujian suatu alat agar dapat digunakan secara baik dan benar sesuai dengan standar yang ditetapkan

5. PROSEDUR (*procedure*)

5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang

5.1.1 Penanggung jawab laboratorium

5.1.2 Staff laboratorium

5.2 Pelaksanaan

5.2.1 Tentukan alat yang akan dikalibrasi

5.2.2 Ambil alat yang memang sudah sesuai dengan standar kalibrasi

5.2.3 Bandingkan alat yang akan dikalibrasi dan alat yang sudah sesuai dengan standar kalibrasi

5.2.4 Apabila hasilnya sama alat tersebut dinyatakan normal

5.3 Pengendalian / Pemantauan

Dokumen/ arsip hasil kalibrasi alat

6. Dokumentasi (*documentation*)

Laporan tindak lanjut

7. Diagram Alir

